

Arkusz oceny klinicznej mammogramu - metoda analogowa

Etykieta mammogramu

Legenda: * 0 - 1 pkt; ** 0 - 2 pkt; *** 0 - 3 pkt	Punkty
Trwała etykieta identyfikacyjna ***	
Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna ***	
Nieprzeźroczysta etykieta identyfikacyjna *	
Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca; dane nie są ucięte **	
Dane na etykiecie	
Imię i nazwisko *	
Numer identyfikacyjny (przynależny do danej pacjentki) *	
Dodatkowy numer identyfikacyjny (PESEL lub data urodzenia pacjentki) *	
Nazwa placówki *	
Data badania *	
Oznaczenie strony (L / P) *	
Rodzaj projekcji *	
Identyfikator technika *	
Oznaczenie kasety *	
Dodatkowe oznaczenie strony *	
Parametry ekspozycji	
Wysokie napięcie (kV) *	
Obciążenie prądowe - czasowe (mAs) *	
Rodzaj anodyfiltru *	
Siła kompresji *	
Grubość piersi po kompresji *	
Kąt lampy dla projekcji skośnej *	

LEGENDA:Trwała etykieta identyfikacyjna:

3 pkt – przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,
 2 pkt – papierowa etykieta z drukarki, z naniesionymi parametrami ekspozycji,
 1 pkt – papierowa etykieta napisana ręcznie lub etykieta ze znacznika elektrycznego,
 0 pkt – brak etykiety.

Przeźroczysta etykieta identyfikacyjna:

3 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID z przeniesionymi parametrami ekspozycji,
 2 pkt - przeźroczysta etykieta z kamery ID bez parametrów ekspozycji,
 1 pkt – etykieta ze znacznika elektrycznego,
 0 pkt – brak etykiety.

Nieprzeźroczysta etykieta identyfikacyjna:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Etykieta pasuje do wyznaczonego miejsca, dane nie są ucięte:

2 pkt – wszystkie dane czytelne,
 1 pkt – dane trudne do odczytania np. ciemne lub bardzo jasne,
 0 pkt – istotne dane niewidoczne na etykiecie.

Dane na etykiecie:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Parametry ekspozycji:

1 pkt – jest,
 0 pkt – brak.

Osoba Oceniająca :